

ICS 65.020.30
B 44



中华人民共和国国家标准

GB/T 14926.29-2001

实验动物 微生物学检测方法(4)

Laboratory animal—Microbiological examination methods

2001-08-29发布

2002-05-01实施



中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 14926.29—1994《实验动物 多瘤病毒感染方法》的修订。对检测方法未作改动，仅对原标准的个别文字作了修改。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国实验动物学会。

本标准主要起草人：屈霞琴。

本标准于 1994 年 1 月首次发布。

中华人民共和国国家标准

实验动物 多瘤病毒检测方法

GB/T 14926.29—2001

代替 GB/T 14926.29—1994

Laboratory animal—Method for examination of
polyoma virus (POLY)

1 范围

本标准规定了小鼠多瘤病毒(POLY)的检测方法和试剂等。
本标准适用于小鼠多瘤病毒的检测。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14926.1—2001 实验动物 免疫荧光试验

GB/T 14926.2—2001 实验动物 免疫电镜

GB/T 14926.3—2001 实验动物 免疫荧光试验

3 原理

根据免疫学原理，采用 POLY 抗原检测小鼠血清中 POLY 抗体。

4 主要试剂和器材

4.1 试剂：

4.1.1 ELISA 抗原

4.1.1.1 特异性抗原

POLY 接种小鼠胚(ME)或 3T3 细胞，加培养液培养 10~14 d，当细胞病变达+++~+++++ 时收获，冻融三次或超声波处理后，低速离心去除细胞碎片，上清液再经超速离心浓缩后制成 ELISA 抗原。

4.1.1.2 正常抗原

ME 或 3T3 细胞冻融破碎后，经低速离心去除细胞碎片而获得的上清液。

4.1.2 抗原片：POLY 接种 ME 细胞，培养 10~12 d，病变达+++~++时用胰酶消化分散，PBS 洗涤，涂片。室温干燥后，冷丙酮固定 10 min，-20℃保存。

4.1.3 阳性血清

POLY 抗原免疫 SPF 小鼠所获得的抗血清。

4.1.4 阴性血清

SPF 小鼠血清。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 2001-08-29 批准

2002-05-01 实施

4.1.5 酶结合物

辣根过氧化物酶标记羊或兔抗小鼠 IgG 抗体;或辣根过氧化物酶标记葡萄球菌蛋白 A(SPA)。

4.1.6 异硫氰酸荧光素标记羊或兔抗小鼠 IgG 抗体。

4.2 器材

4.2.1 酶标仪。

4.2.2 荧光显微镜。

4.2.3 普通显微镜。

4.2.4 37℃培养箱或水浴箱。

5 检测方法

5.1 采用 ELISA 方法(见 GB/T 14926.50—2001)进行血清学检测。

5.2 采用 IFA 方法(见 GB/T 14926.52—2001)进行血清学检测。

5.3 采用 IEA 方法(见 GB/T 14926.51—2001)进行血清学检测。

6 结果判定

对阳性检测结果,选用同一种方法或另一种方法重试。如仍为阳性则判为阳性。

7 结果报告

根据判定结果,作出报告。
